



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Απ. Θ. Ζήσης
Τηλ. 242100-6401
e-mail: rc.supplies@uth.gr

Αρ. Πρωτ. : 97633
Βόλος, 22.12.2025

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρίνισης σχετικά με τον διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης: 92547/09-12-2025»

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 97633/19.12.2025 Επιστολής Παροχής Διευκρινίσεων, που αποστέιλτε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης: 92547/09-12-2025, η απάντηση στο ερώτημά σας έχει ως εξής:

Ερώτημα:

«Στο **Παράρτημα II** της ως άνω Διακήρυξης (σελ. **53** αυτής), στο οποίο περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι πίνακες συμμόρφωσης και ορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις του υπό προμήθεια είδους, οι οποίες ανταποκρίνονται μεν σε γενικό πλαίσιο σε μοντέλα προϊόντων τρέχουσας κυκλοφορίας, ωστόσο, και σύμφωνα πάντα με τις επίσημες ιστοσελίδες και τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών, υπάρχουν δύο εκ παραδρομής αναφορές που, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι απαιτείται η σωρευτική πλήρωση των απαιτήσεων, καθιστά τα ζητούμενα εκτός εμπορικής πραγματικότητας και οδηγούν στη μη πλήρωση των απαιτήσεων από κανένα μοντέλο της αγοράς. Συγκεκριμένα:

“ 7) Βασική περιοχή μετρήσεων CO₂: 0 - 2000 μmol/mol με ακρίβεια 1% της μέτρησης μmol/mol και δυνατότητα μετρήσεων έως 10000 μmol/mol (να αναφερθεί η ακρίβεια)”.

αντί της ορθής ως εξής:

“ 7) Βασική περιοχή μετρήσεων CO₂: 0 - 2000 μmol/mol με ακρίβεια 1% της μέτρησης μmol/mol για μετρήσεις ≥ 300 μmol/mol και δυνατότητα μετρήσεων έως 10000 μmol/mol (να αναφερθεί η ακρίβεια)” και

“ 8) Περιοχή μέτρησης H₂O: 0 - 75 mb με ακρίβεια 1,5 % της μέτρησης”.

αντί της ορθής ως εξής:

“ 8) Περιοχή μέτρησης H₂O: 0 - 75 mmol·mol⁻¹ με ακρίβεια 1,5 % της μέτρησης για μετρήσεις >5 mmol·mol⁻¹ και με ακρίβεια 0.08 mmol·mol⁻¹ για μετρήσεις 0-5 mmol·mol⁻¹ ”

Εν όψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι οι προδιαγραφές 7 και 8 έχουν το ανωτέρω περιεχόμενο.»

Απάντηση:

Σχετικά με τα σημεία 7 και 8 των προδιαγραφών στη σελίδα 53 της υπ. αριθμ. 92547/09-12-2025 διακήρυξης σας αναφέρουμε ότι, για τον καλύτερο προσδιορισμό των απαιτήσεων, οι προδιαγραφές (7) και (8), επαναδιατυπώνονται ως ακολούθως:

A) Το σημείο / προδιαγραφή (7) διαμορφώνεται ως εξής:

«7) Βασική περιοχή μετρήσεων CO₂: 0 - 2000 $\mu\text{mol/mol}$ με ακρίβεια 1% της μέτρησης $\mu\text{mol/mol}$ για μετρήσεις $\geq 300 \mu\text{mol/mol}$ και δυνατότητα μετρήσεων έως 10000 $\mu\text{mol/mol}$ (να αναφερθεί η ακρίβεια)» και

B) Το σημείο / προδιαγραφή (8) διαμορφώνεται ως εξής:

«8) Περιοχή μέτρησης H₂O: 0 - 75 mmol/mol με ακρίβεια 1,5 % της μέτρησης για μετρήσεις $>5 \text{mmol/mol}$ και με ακρίβεια 0.08 mmol/mol για μετρήσεις 0-5 mmol/mol ».

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών
της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Απόστολος Ζήσης