

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Απ. Θ. Ζήσης
Τηλ. 242100-6401
e-mail: rc.supplies@uth.gr

Αρ. Πρωτ. : 19540
Βόλος, 24.03.2026

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρίνισης σχετικά με τον διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης: 15634/09-03-2026»

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 19540/23.03.2026 Επιστολής Παροχής Διευκρινίσεων, που απεστάλη μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον διαγωνισμό με Αριθμό Διακήρυξης: 15634/09-03-2026, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

Απαίτηση 14: «Ο εσωτερικός όγκος του σταθμού εργασίας να είναι τουλάχιστον 210 λίτρα με εσωτερικές διαστάσεις 761x535x580 (ΠxΥxΒ, mm) και με ικανότητα φιλοξενίας έως 400 τρυβλία 96 φρεατίων».

Διευκρίνιση: Το «τουλάχιστον» αναφέρεται τόσο στον όγκο όσο και στις εσωτερικές διαστάσεις. Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις είναι απαραίτητες διότι στο εσωτερικό του σταθμού εργασίας θα εγκατασταθούν διαθέσιμα μικρότερα όργανα (όπως μικροσκόπιο, αναδευτήρας, απεικονιστής κυττάρων κλπ) και θα πρέπει οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του σταθμού να επιτρέπουν την εγκατάστασή τους (βλέπε επίσης σημείο 10. Να διαθέτει αυτόματα αφαιρούμενο μπροστινό κάλυμμα που να επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του θαλάμου και την τοποθέτηση εξοπλισμού μέσα στον θάλαμο.)

Η προδιαγραφή δεν αποκλείει σταθμό εργασίας με μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο ή μεγαλύτερες εσωτερικές διαστάσεις.

Απαίτηση 15: «Ο εσωτερικός όγκος του προθαλάμου εισαγωγής δειγμάτων (interlock) να είναι τουλάχιστον 26 λίτρα με εσωτερικές διαστάσεις 176x299x366 (ΠxΥxΒ, mm) και η ελάχιστη χωρητικότητα να είναι 42 τρυβλία πολλαπλών φρεατίων».

Διευκρίνιση: Το «τουλάχιστον» αναφέρεται τόσο στον όγκο όσο και στις εσωτερικές διαστάσεις. Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις είναι απαραίτητες διότι θα χρειασθεί στον προθάλαμο να εισαχθούν αντικείμενα (π.χ. φλάσκες) και μικροόργανα (π.χ. αυτόματες πιπέτες, σιφώνια) και θα πρέπει οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του προθαλάμου να επιτρέπουν την μεταφορά τους στο εσωτερικό του κυρίως θαλάμου. Η προδιαγραφή δεν αποκλείει προθάλαμο με μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο ή μεγαλύτερες εσωτερικές διαστάσεις.

Η προδιαγραφή δεν αποκλείει σταθμό εργασίας με μεγαλύτερο εσωτερικό όγκο ή μεγαλύτερες εσωτερικές διαστάσεις.

Απαίτηση 21: «Να διαθέτει σύστημα εισόδου ενός τρυβλίου (SPES) για την εισαγωγή μικρών αντικειμένων και δειγμάτων»

Διευκρίνιση: Η χρήση του όρου “SPES” δεν αναφέρεται σε πατενταρισμένη τεχνολογία αλλά αποτελεί αρκτικόλεξο της αγγλικής ορολογίας για «σύστημα εισόδου ενός τρυβλίου»: Single Plate Entry System. Η προδιαγραφή δεν αποκλείει ισοδύναμα συστήματα αντίστοιχης λειτουργίας.

Απαίτηση 24: «Να διαθέτει μέγιστες διαστάσεις (ΠΧΥΧΒ): 1252 X 1025 X 797 mm»

Διευκρίνιση: Οι μέγιστες εξωτερικές διαστάσεις είναι απαραίτητες διότι θα πρέπει ο σταθμός εργασίας να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο διαθέσιμο χώρο περιορισμένων διαστάσεων. Η προδιαγραφή δεν αποκλείει σταθμούς εργασίας με μικρότερες διαστάσεις.

Απαίτηση 25: «Να διαθέτει μέγιστο βάρος 100kg»

Διευκρίνιση: Το μέγιστο βάρος είναι απαραίτητο διότι θα πρέπει ο σταθμός εργασίας να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη διαθέσιμη βάση περιορισμένης αντοχής. Η προδιαγραφή δεν αποκλείει σταθμούς εργασίας με μικρότερο βάρος.

Απαίτηση 26: «Να διαθέτει πλήρως ενσωματωμένο σύστημα ανάμειξης αερίων τύπου ICONIC με υψηλής απόδοσης, ακρίβειας και οικονομίας εσωτερικό αναμικτήρα αερίων»

Διευκρίνιση: Η προδιαγραφή αναφέρει «τύπου ICONIC» και δεν αποκλείει άλλα ισοδύναμα ενσωματωμένα συστήματα ανάμειξης αερίων με αναμικτήρα αερίων ανάλογων αποδόσεων.

Οι παραπάνω διευκρινήσεις δεν μεταβάλλουν, τα αναγραφόμενα στην υπ. αριθμ.: 15634/09-03-2026 Διακήρυξη, τα οποία ισχύουν αμετάβλητα.

Ο Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών
της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Απόστολος Ζήσης